
Alertas



La terapia se detuvo demasiado tiempo



Bateria baja



Fuga de aire moderada




Bomba demasiado caliente para cargar

Alarmas



Bloqueo




Canister lleno




Batería baja crítica




Equipo alta temperatura




Falta el canister



Fuga critica



Fallo de la batería



Alto vacío/fallo del sistema

Glosario de iconos y símbolos

Botones

- Reproducir/Pausar
- Silencio alarma
- Liberación del canister
- Bloqueo/desbloqueo
- Tres botones multifunción

Led

- Sistema OK
- Advertencia de batería
- Alarma/Alerta
- Indicador de alimentación

Íconos batería

- Carga completa
- Baja Crítica
- Carga baja
- Carga critica baja
- Completamente cargada
- Falla de batería

Iconos de modo de terapia

- Modo de conector Y
- Modo intermitente
- Modo continuo

Iconos de la barra de estado

- En pausa
- Sistema correcto
- Alarma/Alerta
- Fuga de aire crítica
- Fuga de aire moderada
- Bloqueo
- Falta el recipiente
- Fallo del sistema/alto vacío
- Alerta de bomba caliente
- Alarma demasiado caliente
- Pausado demasiado tiempo
- Recipiente lleno
- Bloqueado
- Bluetooth activado
- Silencio alarma

• Basic Operation videos

Smith+Nephew

lbf.cl

LBF Cuidando la Salud de las personas